

Datum:	22.01.2021	<b>Prüfbericht Nr:</b>	<b>700758</b>
Kunde:	Alterszentrum Willisau Zopfmat	<b>Auswertung vom:</b>	<b>30.11.2020</b>
Anschrift:	Zopfmat, CH-6130 Willisau	<b>Zertifikat gültig bis:</b>	<b>29.11.2021</b>
Prüfungs-Art:	Mikrobiologische Untersuchung mittels DES-CONTROLLER®	Prüfung erfolgte mit DES-CONTROLLER® Bioindikatoren / Keimbelastung gemäß Richtlinien des VAH und RKI:	
Prüfer:	Fabian Geier, Chemie AG, CH-3048 Worblaufen	<b>Ent. Faecium / Staph. Aureus</b>	

### Auswertungsergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung:

Seite: 1 von 1

ID Nr. DES-CONTROLLER®	Datalogger Serie Nr.	Fabr. Nr. Maschine	Wäschemenge kg	Wasch- / Desinfektionsmittel	Keim	Keimreduktion					Gerätetbestanden*
	Maschine Typ	Programmbezeichnung	Waschmittelhersteller	Waschmittelmenge ml		10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>7</sup>	
700758	C5337	96781527195	12	Basic / Ozerna BME/ Sept	e. f.	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	wmi 160	Pr. 50 / Bewohnerwäsche Norovirus	Büfa		s. a.	ja	ja	ja	ja	ja	
700759	C5338	95220622589	9	Basic / Ozerna BME/ Sept	e. f.	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	WSI 125	Pr. 50 / Bewohnerwäsche Norovirus	Büfa		s. a.	ja	ja	ja	ja	ja	
700760	C5339	96761734230	7	Basic / Ozerna BME/ Sept	e. f.	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	wmi 100	Pr. 50 / Bewohnerwäsche Norovirus	Büfa		s. a.	ja	ja	ja	ja	ja	

\*Hinweis: Eine ausreichende Desinfektionswirkung ist erreicht, wenn die Keimabtötung bei 10<sup>7</sup> und mehr liegt.



Möllenstraße 50    Tel. +49 (0) 33434 80 80 44  
 15378 Herzfelde    Fax. +49 (0) 33434 80 80 51  
 info@meducomp.de    www.meducomp.de

